SpeediBag®

Coloplast

Tragbarer Nachtbeutel

Zur Anwendung mit SpeediCath® Compact und SpeediCath® Compact Plus Kathetern für weibliche Patienten

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Gebrauchsanweisung
23326980 Version 1 Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten.© 2021-02-26

Verwendungszweck
Der Urinbeutel dient der passiven Sammlung von Urin.

Indikationen
Urinbeutel sind für Patienten bestimmt, die unter Harninkontinenz und/oder Harnverhalt leiden.

Informationen
Der Beutel ist für den Einmalgebrauch bestimmt.

Das Produkt hat ein Fassungsvermögen von 700 ml.

Die aufgedruckte Volumenanzeige gibt lediglich die ungefähre Füllmenge an.

Das Produkt ist ohne Naturkautschuklatex hergestellt, jedoch kann es in seltenen Fällen beim Herstellungs- oder Verpackungsprozess zu einer Kontamination mit Spuren von Naturkautschuklatex kommen.

Die Produkte sind bis zur Entnahme zur Verwendung im Karton aufzubewahren, da der Karton die Produkte schützt und das Kartonetikett wichtige Informationen wie Chargennummer, Verfallsdatum sowie einen eindeutigen Strichcode enthält.

Coloplast übernimmt keine Haftung für jegliche Verletzungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.

Anwendungshinweise

Vorbereitung



Den SpeediCath Compact / SpeediCath Compact Plus Katheter in den Einlaufanschluss des SpeediBag einführen, wobei der obere Teil des Katheters außen bleibt.

Applikation

Die Katheterisierung wie üblich gemäß der Gebrauchsanweisung des SpeediCath Compact / SpeediCath Compact Plus Katheters durchführen. Dabei den Beutel weiterhin am Katheter in Position halten.

Entfernen



Nach der Katheterisierung den Katheter vom Beutel abnehmen und entsorgen oder das innere Röhrchen wieder auf den Katheter setzen und den Katheter in den Beutel schieben.

An den Einlauflaschen ziehen und diese verknoten, um den Beutel zu versiegeln.

Entsorgung

Den Beutel entleeren, bevor er entsorgt wird.

Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und sollte im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Das Produkt nicht in der Toilette entsorgen.

Meldung von Vorkommnissen
Falls während der bzw. durch die Anwendung dieses Produkts ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dieses bitte dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde.

Symbolerklärung

MD	Medizinprodukt
CE	Einhaltung der europäischen Bestimmungen für Medizinprodukte
REF	Katalognummer
	Verfalldatum (JJJJ-MM-TT)
LOT	Chargennummer / LOT-Nummer
	Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)
	Hersteller
	Gebrauchsanweisung befolgen
	Nur für den einmaligen Gebrauch
	Ohne Naturkautschuklatex hergestellt
UDI	Zeigt an, dass ein Barcode eine Unique Device Identification (UDI) enthält
GTIN	(Global Trade Item Number) Globale Artikelnummer
	Vor Sonnenlicht schützen
	Hier oben
	Recyclingfähige Verpackung